

pH 1,679 Sertifikalı Referans Madde CRM Tampon Standart Çözeltisi, IUPAC, 500 mL

Ürün Numarası: **S11M001**

TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

EN ISO 17034 standardına uygun Sertifikalı Referans Madde CRM

Tam pH tampon değerini bildiren Analiz Sertifikası* ile DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) standardına uygun Sertifikalı Referans Madde CRM pH Tampon IUPAC Standart Çözeltisi. IUPAC ve NIST pH ölçeği ile izlenebilir. Hava geçirmez alüminyum torbalı paketleme sayesinde garantili raf ömrü. Renksiz pH tampon çözeltisi. 25°C'de pH 1,679 ± 0,010, 500 mL şişe.

*www.hach.com/CoA adresinden indirilebilir.

Akredite referans madde üreticisi
Hach, Alman akreditasyon kuruluşu DAkkS tarafından, tescilli bir DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) standardına uygun referans madde üreticisi olarak akredite edilmiştir. Berlin'de bulunan Hach kalibrasyon laboratuvarı, DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (D-K-15184-01-00) standardına uygun olarak tescil edilmiştir.

Tam olarak izlenebilir standartlar
Akredite bir referans madde üreticisi tarafından üretilen standartların kullanımı, izlenebilirlik zincirine ve hesaplanan belirsizliklere güven duyulmasını sağlar. Tüm standartlar NIST ve IUPAC spesifikasyonlarına uygun olarak formüle edilmiştir.

2 yıl raf ömrü garantili
Tüm standartlar, emniyetli bir şekilde saklanmalarını sağlayan hava geçirmez alüminyum torbalı ambalajda sunulur.

Sertifikayla onaylanan değer, ürünün ilk açılışına kadar sertifikanın verilme tarihinden itibaren 2 yıl süreyle garanti edilir.

Sertifika indirme
Tüm standartlar, Hach web sitesinden indirilebilen Analiz Sertifikasına sahiptir.

Kanıtlanmış İzlenebilirlik
Tüm standartlar, Hach web sitesinden indirilebilen Uyumluluk ve İzlenebilirlik Sertifikasına sahiptir. Akredite bir laboratuvar tarafından üretilen standart pH Tamponlarının kullanımı, izlenebilirlik zincirine ve hesaplanan belirsizliklere güven duyulmasını sağlar.

Teknik özellikler

Dipnot:	[1]NIST, IUPAC ve DIN19266'da yer alan pH 6,865 ve pH 7,413 spesifikasyonlarına uygun olarak firmamız tarafından formüle edilen pH7,000 hariç[2]Dansk Temel Metroloji A/S, pH ölçümleri için Danimarka Akreditasyon ve Metroloji Vakfı (DANAK) tarafından akredite edilmiştir (no. 255)
Hacim / Paket boyutu:	500 mL
NIST izlenebilir:	Evet
Package settings:	Şişe

Parametre:	pH
pH Değer(ler)i:	25°C'de 1,679 ± 0,010 pH
Renk kodlu?:	Hayır
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	pH tamponu kalibrasyon reaktifi