



1015 µS/cm Sertifikalı Referans Madde CRM İletkenlik Standart Çözeltisi, %0,05 NaCl, 500 mL

Ürün Numarası:

S51M004

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

EN ISO 17034 standardına uygun Sertifikalı Referans Madde CRM

Tam iletkenlik değerini bildiren Analiz Sertifikası* ile DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) standardına uygun Sertifikalı Referans Madde CRM İletkenlik Standart Çözeltisi. Hava geçirmez alüminyum torbalı paketlenme sayesinde garantili raf ömrü. %0,05 Sodyum Klorür (NaCl) İletkenliği: 25°C'de 1015 µS/cm $\pm$ %0,5 (k=2); 500 mL şişe.

*www.hach.com/CoA adresinden indirilebilir.

Akredite referans madde üreticisi

Hach, Alman akreditasyon kuruluşu DAkkS tarafından, tescilli bir DIN EN ISO 17034:2017 standardına uygun referans madde üreticisi olarak akredite edilmiştir. Berlin'de bulunan Hach kalibrasyon laboratuvarı, DIN EN ISO/IEC 17025:2018 standardına uygun olarak tescil edilmiştir.

Tam olarak izlenebilir standartlar

Akredite bir referans madde üreticisi tarafından üretilen standartların kullanımı, izlenebilirlik zincirine ve hesaplanan belirsizliklere güven duyulmasını sağlar.

2 yıl raf ömrü garantili

Tüm standartlar, emniyetli bir şekilde saklanmalarını sağlayan hava geçirmez alüminyum torbalı ambalajda sunulur.

Sertifika ile onaylanan değer, ürünün ilk açılışına kadar sertifikanın verilme tarihinden itibaren 2 yıl süreyle garanti edilir.

Sertifika indirme

Tüm standartlar, Hach web sitesinden indirilebilen Analiz Sertifikasına sahiptir.

Kanıtlanmış İzlenebilirlik

Tüm standartlar, Hach web sitesinden indirilebilen Uyumluluk ve İzlenebilirlik Sertifikasına sahiptir. Akredite bir laboratuvar tarafından üretilen standartların kullanımı izlenebilirlik zincirine ve hesaplanan belirsizliklere güven duyulmasını sağlar.

Teknik özellikler

Dipnot:

¹pH 7,000 hariç. pH 7,000 NIST, IUPAC ve DIN19266'ta yer alan pH 6,865 ve pH 7,413'ün spesifikasyonlarına göre bizim tarafımızdan formüle edilmiştir.

²Dansk Temel Metroloji A/S; Danimarka Akreditasyon ve Metroloji Vakfı tarafından pH ölçümleri için akredite edilmiştir (DANAK)(no. 255)

Formül:

NaCl

Hacim / Paket boyutu:

500 mL

Konsantrasyon:

25°C'de 1015 µS/cm $\pm$ %0,5

Metot:	Standard solution verified by Reference Materials Laboratory
NIST izlenebilir:	Evet
Package settings:	Şişe
Parametre:	İletkenlik
Platform:	Çözelti
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	Conductivity calibration solution