



111,3 mS/cm Sertifikalı Referans Madde CRM OIML İletkenlik Standart Çözeltisi, KCl 1 D, 500 mL

Ürün Numarası:

S51M001

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

EN ISO 17034 standardına uygun Sertifikalı Referans Madde CRM

Tam iletkenlik değerini bildiren Analiz Sertifikası* ile DIN EN ISO 17034:2017 standardına uygun Sertifikalı Referans Madde CRM İletkenlik Standart Çözeltisi. Hava geçirmez alüminyum torbalı paketlenme sayesinde garantili raf ömrü. 1 demal Potasyum Klorür (KCl) İletkenliği: 111,3 mS/cm $\pm$ %0,5 (25°C), 500 mL şişe.

*www.hach.com/CoA adresinden indirilebilir.

Akredite referans madde üreticisi

Hach, Alman akreditasyon kuruluşu DAkkS tarafından, tescilli bir DIN EN ISO 17034:2017 standardına uygun referans madde üreticisi olarak akredite edilmiştir. Berlin'de bulunan Hach kalibrasyon laboratuvarı, DIN EN ISO/IEC 17025:2018 standardına uygun olarak tescil edilmiştir.

Tam olarak izlenebilir standartlar

Akredite bir referans madde üreticisi tarafından üretilen standartların kullanımı, izlenebilirlik zincirine ve hesaplanan belirsizliklere güven duyulmasını sağlar. Sertifikalı iletkenlik standartları, Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü (OIML - Tavsiye Kararı No. 56) tarafından belirlenen uluslararası demal ölçeğe göre hazırlanmış ve kalibre edilmiştir.

2 yıl raf ömrü garantili

Tüm standartlar, emniyetli bir şekilde saklanmalarını sağlayan hava geçirmez alüminyum torbalı ambalajda sunulur.

Sertifikayla onaylanan değer, ürünün ilk açılışına kadar sertifikanın verilme tarihinden itibaren 2 yıl süreyle garanti edilir.

Sertifika indirme

Tüm standartlar, Hach web sitesinden indirilebilen Analiz Sertifikasına sahiptir.

Kanıtlanmış İzlenebilirlik

Tüm standartlar, Hach web sitesinden indirilebilen Uyumluluk ve İzlenebilirlik Sertifikasına sahiptir. Akredite bir laboratuvar tarafından üretilen standartların kullanımı izlenebilirlik zincirine ve hesaplanan belirsizliklere güven duyulmasını sağlar.

Teknik özellikler

Dipnot:

¹NIST, IUPAC ve DIN19266'da yer alan pH 6,865 ve pH 7,413 spesifikasyonlarına uygun olarak firmamız tarafından formüle edilen pH7,000 hariç

²Dansk Temel Metroloji A/S, pH ölçümleri için Danimarka Akreditasyon ve Metroloji Vakfı (DANAK) tarafından akredite edilmiştir (no. 255)

Formül:

KCl

Hacim / Paket boyutu:

500 mL

Konsantrasyon:

25°C'de 111,3 mS/cm $\pm$ %0,5 (k=2)

NIST izlenebilir:	Evet
Package settings:	Şişe
Parametre:	İletkenlik
Platform:	Çözelti
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	Conductivity calibration solution

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)