



TOK küvet testi (fark yöntemi) 60-735 mg/L C

Ürün Numarası:

LCK381

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Hangi standarda göre:	DIN 38409-H3
Metot:	Fark Yöntemi (TOK; TK ve TIK değerleri arasındaki fark olarak tayin edilir), Persülfat Sindirimi
Ölçüm aralığı:	60 - 735 mg/L C
Ölçüm aralığı (2):	TC 75 - 750 mg/L C
Ölçüm aralığı (3):	TIK 15 - 150 mg/L C
Parametre:	TOK
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Sindirim gereklidir:	Yes
Tanım:	Toplam Organik Karbon
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)