



Tuzlu su için KOİ küvet testi, 7 - 70 mg/L O₂

Ürün Numarası:

LCK1814

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Ölçüm aralığı: 7 - 70 mg/L O₂

20,000 mg/L'ye kadar yüksek klorür konsantrasyonları içeren su numunelerinde düşük aralık KOİ testi için uygundur. Zahmetli numune ön işlemi gerektirmez! Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması ile testler ve ölçüm aralıkları arasında ayrım yapma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000
Hangi standarda göre:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Metot:	Dikromat
Ölçüm aralığı:	7 - 70 mg/L O ₂
Parametre:	KOİ (20000 mg/L Klorür'e kadar olan numuneler için)
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C (Işıktan koruyun)
Sindirim gereklidir:	Evet
Test sayısı:	25